



Gdańsk, 07.04.2011 r.

dotyczy: dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Biomateriałów w ramach Projektu „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE”

Zamawiający, Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, informuje, iż na postępowanie nr CRZP/106/004/D/11 w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 € wpłynęły zapytania:

Zapytanie 1:

Dot. części I: stół laboratoryjny wyspowy: prosimy o sprecyzowanie jakie są wymagania odnośnie szerokości i głębokości szafek i szuflad, ich ilości oraz czy szafki i szuflady mają być rozmieszczone po obu stronach dłuższej krawędzi stołu.

Wyjaśnienie:

- Szafki i szuflady rozmieszczone w tym samym układzie (szafka, szuflady, szafka) po obu stronach dłuższej krawędzi stołu
- głębokość szafek i szuflad: 450 mm
- szafki: dwudrzwiowe, szerokość 700-800 mm, 2 półki w każdej szafce
- szuflady: 4 szt. w każdym pionie po obu stronach stołu; szerokość 400-600 mm

Zapytanie 2:

dot. części IV : łaźnia wodna z wytrząsarką: prosimy o podanie zakresu regulacji i amplitudy obrotów wytrząsarki oraz rodzaju i pojemności wytrząsanych naczyń w celu zaoferowania właściwych uchwytów do ich mocowania.

Wyjaśnienie:

1. zakres regulacji amplitudy wytrząsania: dolna nie więcej niż 10 mm, górna nie więcej niż 250 mm
2. szybkość wytrząsania: przy ruchu posuwisto-zwrotnym jedna wartość z obszaru 18 do 22, przy ruchu kołowym jedna wartość między 220 i 300 1/min
3. naczynia w formie zlewek o objętości z zakresu 300-500 ml

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZATWIERDZIŁ
KANCLERZ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ