

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

L.dz.: WETI / 4600 /2011

Gdańsk, dn. 28.10.2011

Dotyczy: postępowania na dostawę aparatury badawczo-pomiarowej do Środowiskowego Laboratorium Technologii Bezprzewodowych w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, CRZP/384/009/D/11

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczo-pomiarowej do Środowiskowego Laboratorium Technologii Bezprzewodowych w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wpłynęły zapytania:

Pytanie 1:


Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 9 oraz części 10 analizatorów widma pracujących w zakresie temperatur od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby analizatory widma opisane w pozycji nr 9 i 10 załącznika nr I do siwz, spełniały parametr w zakresie temperatur min. od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokona zmiany siwz.

DZIEKAN


dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
prof. nadzw. PG