



POLITECHNIKA GDAŃSKA
CENTRUM MORSKICH TECHNOLOGII MILITARNYCH

ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

tel.: (58) 347 15 49
tel.: (58) 348 61 72

fax: (58) 347 27 90
e-mail: cbiuro@pg.gda.pl

L. dz. 229...../071/2011

Gdańsk, 23.04.2012 r.

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ
do postępowania nr CRZP/129/071/D/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamery termowizyjnej dla Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że w dniu 19.04.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie jednego z Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE 1: Czy dodatkowa optyka 100 μm (mikrometrów) jest prawidłową wartością? Standardowe obiektywy dedykowane do kamery odpowiadającej zamówieniu to 10, 30 mm.

ODPOWIEDŹ: Podana wartość 100 μm jest prawidłowa.

PYTANIE 2: Co oznacza skrót RH?

ODPOWIEDŹ: Skrót RH jest skrót ogólnoswiatowym skrótem od angielskich słów relative humidity, oznacza wilgotność względna i jest powszechnie stosowany przy specyfikacji technicznej produktów.

PYTANIE 3: WZÓR UMOWY

par. 1. - Umowa dotyczy dostawy hydrofonów - czy zatem inne punkty umowy ulegną zmianie? Podejrzewam, że także są dedykowane hydrofonom.



POLITECHNIKA GDAŃSKA
CENTRUM MORSKICH TECHNOLOGII MILITARNYCH

ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

tel.: (58) 347 15 49
tel.: (58) 348 61 72

fax: (58) 347 27 90
e-mail: cbiuro@pg.gda.pl

ODPOWIEDŹ: Nowa wersja Załącznika nr 4 do SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 20.04.2012 w Zmiana SIWZ 1.

PYTANIE 4: WZÓR UMOWY

par. 6. pkt 2 - Proszę zdawać sobie sprawę, że dostawa kamery może potrwać dłużej niż przedłużająca się naprawa gwarancyjna. Ponadto egzekwowanie takiego zapisu pokryje dystrybutora na potężne koszty, w których sprawca opóźnienia (FLIR) nie będzie partycypować. Ponadto nie jest to zapis zgodny z Ogólnymi Warunkami Dostaw FLIR i można go traktować jako próbę wykluczenia FLIR z przetargu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Zamawiający nie musi znać dotychczas Ogólnych Warunków Dostaw i nie mając złych intencji w sposób nieświadomy może tylko utrudnić udział w przetargu.

ODPOWIEDŹ: Przedstawiony wzór umowy jest typowym wzorem umowy stosowanym przez Politechnikę Gdańską. Z rozeznania rynku wynika, że Zamawiający nie eliminuje z postępowania firmy FLIR jak i jej dostawców.

Zatwierdził

✓
DYREKTOR
Andrzej Ogonowski
Andrzej Ogonowski