



Załącznik nr 6a do SIWZ

.....dnia,

Pieczętka Wykonawcy

Nr postępowania: ZP/135/004/D/12

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA CZĘŚCI II - PRZEPLÝWOMIERZ WIROWY – liczba sztuk 3

.....
(producent/marka/typ)

rok produkcji

PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE:

Wymagane funkcje i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących przedmiotowego zamówienia zgodnie z rozdziałem II SIWZ NALEŻY WPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
Zasada pomiaru: wirowe	
Zakres pomiarowy od co najwyżej 16 dm ³ /min do co najmniej 180 dm ³ /min	
Połączenie kołnierzone 1,5"	
Temperatura medium od -50°C do 360°C	
Ciśnienie pracy PN10 do PN250	
Maksymalny błąd pomiaru 0,75%	
Wyjście analogowe 4-20mA	
Komunikacja HART	
Wykonanie przeciwwiskrowe z atestem Ex II 2G ExD T4	
Wysoka odporność na wibracje (powyżej 1G w każdym kierunku)	
Możliwość pracy z cieczami zanieczyszczonymi i zawiesinami	



Możliwość odczytu wartości mierzonych	
Dopuszczalne jest wykonanie elementów pomiarowych z następujących materiałów: stal 316L, 316Ti, tytan, grafit	

.....
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

