

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr ZP 26/WILiŚ/2012, CRZP 173/002/U/12**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie analiz wód podziemnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 16.05.2012r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

Szanowni Państwo,

W związku z postępowaniem przetargowym na „Wykonanie analiz wód podziemnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej” zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji „Czy może być zastosowana inna metoda:

- dla substancji rozpuszczonych – wagowa
- dla zasadowości HCO_3 – miareczkowo – obliczeniowa
- dla anionów Cl – miareczkowa
- dla anionów NO_2 i NO_3 – spektrofotometryczna
- dla anionów SO_4 – wagowa

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych metod niż wskazane w SIWZ ze względu na kontynuację badań.

W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG
.....
(w imieniu Zamawiającego)