



POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Tel: (0-58) 348-61-53; E-mail: ewa.brylka@eti.pg.gda.pl

L.dz. WETI/2480/2012

Gdańsk, 02.07.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stacji do lutowania pod mikroskopem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania: CRZP/237/009/D/12.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stacji do lutowania pod mikroskopem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/237/009/D/12, wpłynęło zapytanie, dotyczące dostawy mikroskopu stereoskopowego:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przesuw głowicy w zakresie 120 mm?

Odpowiedź 1:

Tak.

Zamawiający dopuszcza przesuw głowicy w zakresie 120 mm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zakres płynnej zmiany powiększenia (zoom) 0,67 – 4,5x ?

Odpowiedź 2:

Nie.

Zamawiający nie dopuszcza zakresu płynnej zmiany powiększenia (zomm) 0,67 – 4,5 x.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza współczynnik powiększenia (zoom) 1:6,7?

Odpowiedź 3:

Tak.

Zamawiający dopuszcza współczynnik powiększenia (zoom) 1:6,7.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza obserwowane pole widzenia od średnicy 32,8 mm do średnicy 4,9 mm?

Odpowiedź 4:

Nie.

Zamawiający nie dopuszcza obserwowanego pola widzenia od średnicy 32,8 do średnicy 4,9 mm.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza odległość roboczą 110 mm?

Odpowiedź 5:

Nie.

Zamawiający nie dopuszcza odległości roboczej 110 mm.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza wielkość podstawy 226 x 318 x 24 mm?

Odpowiedź 6:

Tak.

Zamawiający dopuszcza wielkość podstawy 226 x 318 x 24 mm.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź 7:

Nie.

Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej do 72 godzin licząc w dni robocze?

Odpowiedź 8:

Tak.

Zamawiający zgadza się na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej do 72 godzin licząc dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki.

Pytanie 9:

Zamawiający określił jako czas usuwania usterki nie może być dłuższy niż 30 dni licząc w dni robocze od daty i godziny przystąpienia do usuwania usterki.(§4 ust. 2b). Jednocześnie §4 ust 4 b mówi, iż w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 3 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy licząc w dni robocze Wykonawca wymieni urządzenia wykazujące wady fizyczne na nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach. Czy Zamawiający może uściślić oba paragrafy?

Odpowiedź 9:

Zamawiający zmienił treść umowy w §4, ust. 4a.

„4. WYKONAWCA wymieni urządzenia wykazujące wady fizyczne na nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach:

- a) niewykonania naprawy w ciągu 30 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy licząc dni robocze”.

DZIEKAN


dr hab. inż. Przemysław Goczyła
prof. nadzw. PG