



**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
**WYDZIAŁ ELEKTRONIKI**  
**TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI**

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Tel: (0-58) 348-61-53; E-mail: ewa.brylka@eti.pg.gda.pl

L.dz. WETI/2794/2012

Gdańsk, 20.07.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania: CRZP/265/009/D/12.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/265/009/D/12, wpłynęło zapytanie, dotyczące dostawy mikroskopu stereoskopowego:

**Pytanie 1 – dot. CZĘŚCI I, pkt. 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez wbudowanego akumulatora, gdyż jest ono skonstruowane do pracy na Sali operacyjnej, gdzie jest zapewnione ciągłe zasilanie?

**Odpowiedź 1:**

Nie.

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu zamówienia bez wbudowanego akumulatora.

**Pytanie 2 – dot. CZĘŚCI I pkt. 5**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 300x310x140 mm?

**Odpowiedź 2:**

Tak.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o wymiarach 300x310x140 mm.

**Pytanie 3 – dot. CZĘŚCI I pkt. 7:**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez wbudowanej drukarki termicznej, a z podłączeniem drukarki A4 dającej trwalszy i bardziej czytelny zapis?

**Odpowiedź 3:**

Tak.

Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością podłączenia drukarki A5, zamiast wbudowanej drukarki termicznej.

**Pytanie 4 – dot. CZĘŚCI I:**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez instrukcji w języku polskim? Urządzenie posiada instrukcję w języku polskim.

**Odpowiedź 4:**

Tak.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia z załączoną instrukcją w języku angielskim.

DZIEKAN  
  
dr hab. ~~inż.~~ Przemysław Goczyła  
prof. nadzw. PG