

Gdańsk, dnia 06.02.2014r.

**Nr postępowania ZP/ 16/008/D/13**

### **INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

**Dotyczy: postępowania na dostawę kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem**

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907 Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

**OLYMPUS Polska Sp. z o.o**

ul: Suwak 3

02-676 Warszawa

**Liczba otrzymanych punktów 100**

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy Pzp dokonano zgodnie z art.91 ustawy Pzp.

W postępowaniu wpłynęły również oferty następujących firm:

„SYRIANA” Joanna Fischer

80-180 Gdańsk

ul: Porębskiego 28/17

Liczba otrzymanych punktów 89,7

Andrzej Mielewczyk „CS-Creative Solutions”

„Opta-Tech”

Aleja KEN 36, lok.U211

02-797 Warszawa

Oferta została odrzucona

#### **Uzasadnienie prawne:**

Ofertę odrzucono na podstawie art.89 ust.1 ppkt 2 ustawy pzp „ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający ogłosił postępowanie na dostawę kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił za pomocą parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuścił także możliwość składania ofert równoważnych zastrzegając równocześnie, że ewentualny sprzęt równoważny ma posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż określone w SIWZ. W toczącym się postępowaniu w dniu 24.01.2014 r. od Wykonawcy „Andrzej Mielewczyk” CS-Creative Solutions” „Opti-Tech” aleja KEN36, lok. U211 wpłynęło pismo zawierające parametry proponowanego sprzętu z zapytaniem o możliwość jego dopuszczenia jako równoważnego. W dniu 27.01.2014 r. błędnie został

poinformowany w odpowiedzi, że Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na urządzenie o parametrach wskazanych w zapytaniu. Tego samego dnia Zamawiający zamieścił sprostowanie co do swojej poprzedniej decyzji, o czym Wykonawca wiedział.

Ofertę firmy S.C.-Creative Solutions traktujemy jako nierównoważną ponieważ sposób połączenia kamery z komputerem nie spełnia wymagań przedstawionych w specyfikacji technicznej ( zamiast złącza FireWire proponowane jest złącze USB 2.0, które jest wolniejsze i obciąża dodatkowo system operacyjny, co może prowadzić do niestabilnej pracy kamery i współpracy podczas aktywizacji obrazu)

W związku z powyższym postąpiono jak na wstępie.

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny informuje, że umowa zostanie zawarta w dniu 17.02.2014r.



**DZIEKAN**  
WYDZIAŁU CHEMICZNEGO  
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

*prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski*  
prof. zw. PG