

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę wirówek laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego” – nr sprawy CRZP/85/85/D/14

Pytania do części II

W w/w postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o poborze mocy 100 W?

Odp: NIE

2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z czasem osiągnięcia prędkości maksymalnej 48 s?

Odp: NIE

3. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z czasem zatrzymania rotora 52 s?

Odp: NIE

4. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z możliwością instalacji 1 rotora oraz z możliwością zastosowania adapterów na probówki o pojemności 0,2; 0,4;0,5;0,6 ml ?

Odp: NIE

5. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wadze z wirnikiem 4,8 kg?

Odp: NIE

6. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wysokości 13,8 cm

Odp: NIE