

Dot: postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego CRZP/90/008/D/14

W w/w postępowaniu wpłynęły zapytania o treści:

1.Czy Zamawiający dopuści termostat blokowy z chłodzeniem ( część 3) o zakresie nagrzewania od temperatury otoczenia do 100 °C w czasie 16 minut?

Odp: tak

2.Czy Zamawiający dopuści termostat blokowy ( część 4) o wysokości 115 mm?

Odp: tak