

Dotyczy:           prośba o wyjaśnienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – znak: **CRZP/90/008/D/14**, na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy §4 ust. 2b na: „czas naprawy nie może być dłuższy niż 48 godziny licząc w dni robocze od daty i godziny od przystąpienia do usuwania usterki lub wady, pod warunkiem, że naprawa nie wymaga sprowadzenia części od producenta lub odesłania Sprzętu do producenta – w takich wypadkach czas naprawy wynosi 14 dni roboczych.”?

Uzasadnienie:

Termin naprawy sprzętu w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta lub odesłania Sprzętu do producenta musi być dłuższy, gdyż Wykonawca nie jest w stanie przechowywać na miejscu wszystkich możliwych części, które mogą ulec zepsuciu, zaś przy sprowadzaniu sprzętu od producenta lub odsyłaniu sprzętu czas naprawy automatycznie ulegnie wydłużeniu o czas transportu części lub sprzętu.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy §3 odnośnik pierwszy na: „nie wykonania naprawy w ciągu 48 godzin licząc dni robocze Zamawiającego od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy lub 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta lub odesłania Sprzętu do producenta”

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy (§5 punkt 1) na: „W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto określonej §2 ust.2 umowy za każdy dzień opóźnienia”?

Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy (§5 punkt 2) na: „Za nieterminowe przystąpienie do naprawy gwarancyjnej, o której mowa w § 4 ust.2 pkt a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 2 ust.2 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na przystąpienie do naprawy.”?

Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy (§5 punkt 3) na: Za nieterminowe wykonanie naprawy, o której mowa w § 4 ust.2 pkt b Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 2 ust.2 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na przystąpienie do naprawy.”?

Odp: W wyniku wniesionego zapytania §4 otrzymuje brzmienie:

### **Warunki gwarancji**

1. WYKONAWCA udziela: .....miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego aparatury badawczej
  - a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady
  - b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni licząc w dni robocze od daty i godziny od przystąpienia do usuwania usterki lub wady
3. WYKONAWCA wymieni urządzenia wykazujące wady fizyczne na nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach:
  - nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni licząc dni robocze Zamawiającego od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy
  - gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
4. WYKONAWCA ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty techniczne i karty gwarancyjne.
5. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

W zakresie pozostałych pytań Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.