

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/204/008/D/14

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stacjonarnego mikroskopu FTIR

Zamawiający informuje, że w dniu 29.05.2014 wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie: Czy zamawiający oczekuje aparatu na zakres do 150cm⁻¹ z możliwością rozszerzenia do 30cm⁻¹ ? Czy też aparatu na zakres 7800 – 30 cm⁻¹ ?

Odp. Zamawiający oczekuje aparatu na zakres do 150cm⁻¹ z możliwością rozszerzenia do 30cm – 1.