



Gdańsk, 15.07.....2014

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP/275/051/D/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa urządzenia do nanoszenia cienkich warstw nieorganicznych – powleacza obrotowego w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907z późn.zm.), zwaną dalej „uPzp“ Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonała zmiany treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ“. SIWZ ulega zmianom w następującym zakresie:

1. Rozdział III pkt. 1 ppkt f

Przed zmianą: W wyposażeniu standardowym stolik o średnicy zewnętrznej 18 mm i wewnętrznej dla próbki 10 mm.

Po zmianie: W wyposażeniu standardowym stolik o średnicy zewnętrznej 18 mm i wewnętrznej dla próbki 10 mm. Zamawiający dopuszcza stolik o średnicy zewnętrznej 20 mm i wewnętrznej dla próbki 10mm.

2. Rozdział III pkt. 1 ppkt g

Przed zmianą : Dwa stoliki o średnicy zewnętrznej 18 mm i wewnętrznej dla próbki 10 mm.

Po zmianie : Dwa stoliki o średnicy zewnętrznej 18 mm i wewnętrznej dla próbki 10 mm. Zamawiający dopuszcza dwa stoliki o średnicy zewnętrznej 20 mm i wewnętrznej dla próbki 10 mm.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Z-Ca KANCLERZA DS. ZASOBOW TECHNICZNYCH
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
[Signature]
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)