

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/338/008/D/14

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory laminarnej, miniwirówki, inkubatora, mikroskopów, próbników powietrza dla Wydziału Chemicznego

Zamawiający informuje, że w dniu 25.08.2014r wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

1. Czy Zamawiający w Części „Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza” w pkt. 4 dopuści wymiary zewnętrzne 1321 x 796 mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający w Części „Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza” w pkt. 9 dopuści filtr HEPA zamontowany poziomo w stosunku do blatu roboczego?
Odp.: Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający w Części „Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza” w pkt 25a dopuści podstawę podnoszoną za pomocą silnika elektrycznego?
Odp.: Zamawiający dopuszcza