



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Politechnika Gdańska  
Wydział Chemiczny

Gdańsk, dnia 15.01.2015r.

**Dotyczy: ZZ/131/008/D/15- dostawa wagi analitycznej**

Do Zamawiającego w dniu 15.01.2015r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną o liniowości +/- 0,1mg, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.