



Dziekan

L.dz.: WETI/815/2015

Gdańsk, dnia 10.03.2015 r.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/57/009/D/15, ZP/19/WETI/15**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/57/009/D/15.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 09.03.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytania dotyczące części I i II:

Pytanie 1: Podana specyfikacja techniczna generatora w części I nie odpowiada parametrom modelu Keysight Technologies 33210A, pasuje natomiast do modelu 33220A. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia modelu Keysight Technologies 33220A?

Odpowiedź 1:

Zamawiający popełnił omyłkę opisując przedmiot zamówienia w załączniku nr I do SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. generatora funkcyjnego Keysight Technologies 33210A lub równoważnego. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany załącznika nr I do SIWZ.

Pytanie 2: Ze względu na to, że przedmiot niniejszego postępowania w części I oraz II jest wysokiej klasy aparaturą pomiarową i po każdorazowej naprawie przyrząd wymaga kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta, okres 14 dni może być niewystarczający. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu serwisu do 30 dni. Jednocześnie zapewniamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, dołożymy wszelkich starań, by czas ten był jak najkrótszy.

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 30 dni i jednocześnie informuje, że dokona odpowiednich zmian w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie treść SIWZ oraz załącznik nr I do SIWZ. Zmieniona treść SIWZ oraz załącznik nr I do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyzsze odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 18.03.2015 r.

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.

Dziękuję
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
[4]