



Dziekan

L.dz.: WETI/1141/2015

Gdańsk, dnia 03.04.2015 r.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/82/009/D/15, ZP/25/WETI/15**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę źródła supercontinuum, zestawu do spektrometrii optycznej oraz spin-coatera z układem sterowania dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/82/009/D/15.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 01.04.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1:

Wszystkie 3 pytania dotyczą części drugiej zamówienia – zestawu do spektroskopii optycznej. W Punkcie I (2): dwa kompaktowe spektrometry widnieje: "zestaw szczelin wejściowych, w tym szczelina 25um". Ile sztuk szczelin i jakie wielkości Zamawiający uważa za "zestaw"? I czy "zestaw" dotyczy każdego spektrometru (łącznie 2 zestawy)?

Odpowiedź 1:

W Punkcie I (2) każda pozycja specyfikacji odnosi się do każdego z dwóch spektrometrów. Pojęcie zestawu szczelin oznacza więc (a) techniczną możliwość wymiany szczelin na inną szczelinę z zestawu, (b) dostarczenie Zamawiającemu co najmniej po 1 szczelinie 25 mikrometrów na spektrometr oraz po jednej szczelinie na spektrometr innego wymiaru (np. 2 szczeliny 50 mikrometrów lub dwie szczeliny 100 mikrometrów).

Pytanie 2:

W Punkcie II (1): stabilizowana lampa wodorowo-halogenowa widnieje: "wymieniana żarówka z czasem życia co najmniej 1000 godzin". Czy zamawiający chce zamówić lampę z zestawem obu żarówek (1 szt. Deuterowa, 1 sztuka Halogenowa), czy też w ofercie mają być uwzględnione zapasowe żarówki na wymianę (1 szt Deuterowa, 1 szt Halogenowa)?

Odpowiedź 2:

Zamawiający oczekuje dostawy lampy wodorowo-halogenowej z zestawem obu źródeł (1 szt. deuterowe, 1 szt. halogenowe). Zamawiający nie wymaga dostawy elementów zapasowych, ale oczekuje, że zaofiarowane lampy będą miały techniczną możliwość wymiany żarówek przez Zamawiającego w przyszłości, po zużyciu eksploatacyjnym posiadanych elementów.

Pytanie 3:

W Punkcie II (3): akcesoria widnieje: "trzy kable światłowodowe SMA-SMA do podłączenia się do sfer, uchwyty do kuwet z 4 kolimatorami"

Czy zamawiający chce zamówić 1 uchwyt do kuwet czy 2 uchwyty do kuwet, po jednym do każdej sfery integracyjnej?

Odpowiedź 3:

Zamawiający oczekuje dostawy jednego uchwytu do kuwet.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.


Dziękuję
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
(4)