

Pytania do postępowania ZP/97/15

1. Czy Zamawiający dopuści ofertę z zestawieniem parametrów.

1. Czy Zamawiający dopuści ofertę z detektorem opartym o technologię CMOS, którego powierzchnia aktywna wynosi 100cm^2 ?
2. Czy Zamawiający dopuści bezobsługowe lampy rentgenowskie typu microfocus chłodzone powietrzem o długim czasie życia?

W odpowiedzi na pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuści oferty z detektorem opartym o technologię CMOS, którego powierzchnia aktywna wynosi 100cm^2 .
- 2) Zamawiający dopuści bezobsługowe lampy rentgenowskie typu microfocus chłodzone powietrzem o długim czasie życia. Lampy te i optyka muszą spełniać wymagania postawione w specyfikacji przetargowej.