



Gdańsk, 04.08.2015

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia hamowni maszyn elektrycznych dla Laboratorium LINTE² – ZP/220/014/D/15

Zamawiający Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, informuje, że w dniu 30.07.2015 wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Pzp (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie:

Zapytanie 3

Przeglądając założenia do oferty zauważyliśmy rozbieżności między założonymi kołnierzami a mocami silników i wymiarami średnic czopów.

Dlatego prosimy o podanie typów silników lub wielkości mechanicznych

- kołnierzowe poziome
- kołnierzowe pionowe do przekładni
- silniki na łapach
- czy silniki badane będą AC i DC

przykład

maksymalny kołnierz silnika o wale poziomym FF-400 to silnik AC 45 KW a podana moc znamionowa silnika o wale poziomym do-160KW

Odpowiedź

Zamawiane podstawy do mocowania kołnierzowego badanych maszyn z wałem poziomym obejmują jedynie rozmiary kołnierzy wyspecyfikowane w tabeli 4 w wierszu 5.

Elementy do posadowienia kołnierzowego maszyn (AC i DC) o innych wymaganiach dotyczących rozmiaru kołnierzy nie wchodzą w zakres zamówienia.

Prodziekan ds. Kształcenia


dr inż. Ireneusz
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI
[4]