

W związku z Ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu numer ZZ/807/008/D/16, chciałabym zwrócić się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, jak niżej:

ZAPYTANIA TECHNICZNE

- Czy System powinien mieć budowę modułową, a jeżeli tak to w jakim standardzie?

Odp. System powinien mieć budowę modułową, najlepiej w oparciu o standard PXIe

- Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie w oparciu o standard PXI? Jeżeli tak – ile wolnych slotów należy zapewnić w obudowie do ewentualnej rozbudowy w przyszłości?

Odp. najmniej jeden wolny slot

- Czy System powinien mieć wbudowany kontroler z niezależnym procesorem i nośnikiem danych i systemem operacyjnym czy przetwarzanie danych będzie po stronie laptopa?

Odp. Przetwarzanie danych będzie po stronie laptopa

- Czy przedmiotem dostawy jest też wspomniany laptop?

Odp. Nie

- W przypadku wykorzystania laptopa – jaki powinien być interfejs komunikacyjny pomiędzy laptopem, a Systemem? – w jakie porty będzie wyposażony laptop? Czy np. dostępny będzie interfejs ExpressCard?

Odp. tak –interfejs expresscard

ZAPYTANIA FORMALNE

- Zapis: Gwarancja 12 miesięcy. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na zmianę, jak następuje: *Gwarancja 12 miesięcy na sprzęt oraz 90 dni na nośniki z oprogramowaniem/sterownikami*

Odp.TAK

90 dni to czas oferowany przez producenta, dystrybuowanych przez National Instruments Poland produktów, jako czas trwania gwarancji dla nośników dostarczanych w ramach realizowanych przez NI dostaw. Zaznaczamy, że w przypadku dostarczanej na nośniku wersji instalacyjnej oprogramowania, jak również sterowników, są one możliwe do pobrania w wersji *on-line*.

- Zapis: Warunki Płatności – 30. Czy Zamawiający zaakceptuje w ramach złożonej oferty warunki płatności: *30 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zapis- „, 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT nie mniej niż 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT