

ZP/155/008/D/16

W/w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza termodesorber posiadający możliwość programowania desorpcji rurki w zakresie od 50 °C do 400 °C ?

AD 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy w kwestii możliwości rozbudowy Zamawiający dopuszcza autosampler do termodesorbera na 50 rurek ?

AD 2. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

3. Czy w przypadku detektora TCD Zamawiający dopuszcza detektor o czułości < 400 pg tridekanu /ml z helem jako gazem nośnym ?

AD 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Prosimy o podanie wysokości kary umownej za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do naprawy lub opóźnienie w wykonaniu naprawy jaką Zamawiający przewidział w projekcie umowy – zał. nr 4 do SIWZ.

AD4. 200 zł