

Dot. postępowania ZP/167/008/16

W/w postępowaniu wpłynęły zapytania:

Część III – zamrażarka niskotemperaturowa

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie temperatur -65°C do -86°C ?

Odp. Wyrażamy zgodę

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o głębokości wewnętrznej 500 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymaganej pojemności ?

Odp. Nie wyrażamy zgody na zmianę wymiarów