

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

Część I – komora laminarna

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory laminarnej do cytostatyków, która posiada ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN12469 oraz certyfikat dla obsługi substancji cytostatycznych DIN12980 co gwarantuje bezpieczeństwo operatora w czasie pracy z tymi substancjami?

Odp. Certyfikaty są wymagane

2. Czy Zamawiający dopuści komorę, której menu podstawowe jest w postaci piktogramów, a menu serwisowe w języku angielskim ?

Odp. Dozwolone są piktogramy i instrukcja w języku angielskim