

DOTYCZY:

Przedmiot zamówienia: postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny**

Nr postępowania: **ZP/ 167/008/D/16**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Część IV - Inkubator z kontrolowaną atmosferą dwutlenku węgla

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora o pojemności 153 litry?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie pojemności