

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora o pojemności wewnętrznej 168 litrów, z możliwością dezynfekcji wnętrza do 180°C i spełniającego wszystkie pozostałe wyspecyfikowane wymagania?

Odp. Nie wyrażamy zgody