

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego” – nr sprawy ZP/203/008/D/16

W w/w postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści inkubator ze stabilnością temperatury $\pm 0,5$ °C? –
Odpowiedź – NIE
2. Czy Zamawiający dopuści inkubator z platformą 450x450 mm? **Odpowiedź – TAK**
3. Czy Zamawiający dopuści inkubator z prędkością wytrząsania w zakresie 10-500 rpm? **Odpowiedź – NIE**
4. Czy Zamawiający dopuści inkubator z średnicą ruchu ok. 19 mm? – **Odpowiedź - NIE**
5. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wymiarach zewnętrznych – szerokość x głębokość 67,8x89,50 cm? **Odpowiedź – NIE**
6. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wymiarach komory roboczej 54 x 54 x 51,8 cm? – **Odpowiedź - TAK**