



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ MECHANICZNY

ZZ/605/004/D/2016

Gdańsk, dnia 18.10.2016 r.

Wykonawcy

WYJASNIENIA DO TRESCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

do postępowania na dostawę przetworników ciśnienia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Pytanie Nr 1:

Wymagane przyłącze procesowe to G1/4". Czy Zamawiający akceptuje zmianę przyłącza na G1/2"?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że nie akceptuje powyższej zmiany.

Pytanie Nr 2:

W celu doboru odpowiednich materiałów mających kontakt z mierzonym medium proszę o podanie informacji na temat rodzaju cieczy lub gazu, który chcemy mierzyć.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że mierzony będzie olej mineralny.

Pytanie Nr 3:

Czy urządzenia mają posiadać lokalny wyświetlacz?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia nie mają posiadać lokalnego wyświetlacza.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikulajewicz, prof. zw. PG
WYDZIAŁ MECHANICZNY

Otrzymują:

1. Strona internetowa

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Mechaniczny
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 347 28 04
faks: +48 58 347 10 25
e-mail: dyrekcja@mech.pg.gda.pl
www.mech.pg.gda.pl

A. Bisculski