

ZZ/3131/D/16

W postępowaniu wpłynęło zapytanie o treści:

Czy zamawiający umożliwi zaoferowanie aparatu z możliwością pomiaru próbek o objętości do 1 mL?

Odp. Tak, jeżeli pozostałe parametry aparatu pozostaną bez zmian .