



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

**Dziekan**

Nr zamówienia: ZZ/5/002/D/2017

Gdańsk, dnia 14.02.2017 r.

**P.T. Wykonawcy**

**ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

dotyczy: zamówienia na dostawę stanowiska do badań konsol aluminiowych na potrzeby Katedry Konstrukcji Betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, ZZ/5/002/D/2017.

Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, że w dniu 13.02.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy o brzmieniu:

**Pytanie nr 1**

Po analizie rysunku poproszę o udzielenie odpowiedzi czy w zakresie dostawy są zawarte elementy luzem czyli pozycje rysunkowe: od 12 do 24?

**Pytanie nr 2**

Czy w zakresie dostawy jest jedynie stanowisko badawcze tak jak widok główny z detalami „Stanowisko badawcze” skala 1:10 czyli pozycje materiałowe od 1 do 11?

**Odpowiedź**

W zakresie dostawy są zawarte wszystkie elementy objęte rysunkiem, czyli pozycje od **1-24**.

**Pytanie nr 3**

Na rysunku detalu pozycji 24 – pręt gładki, nie określono rozmiaru gwintu na długości 500 mm, przez co nie będzie wykonany i nie jest w zakresie wykonania usługi.

**Odpowiedź**

Zamawiający doprecyzowuje, że gwint powinien mieć średnicę 30 mm i jego wykonanie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia nr ZZ/5/002/D/2017.



POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05  
Fax: +48 58 347 20 44  
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl  
www.wilis.pg.gda.pl