



Dziekan

Gdańsk, dnia 04.09.2018r.

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ w postępowaniu nr ZP 21/WILiŚ/2018, CRZP 181/002/D/18

Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 31.08.2018r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców o brzmieniu:

Pytanie nr 1

(...) mam jeszcze pytanie związane z taśmą

Taśma teflonowa, uszczelniająca, zabezpieczająca przed chemikaliami, nie pęczniejąca i nie klejąca się sama do siebie o parametrach co najmniej: szer. 12,8 mm, dł.670 cm, grubość 0,1 mm		szt.	4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	---

Jest duża trudność z tymi taśmami na rynku. Wg informacji od dostawców taśmy tego typu są sprowadzane tylko na zamówienie, rolki mają w nawoju 33mb. Dodatkowo nie ma szerokości 12,8 mm, trzeba je zamówić jako szersze rolki i przyciąć na wymaganą przez Państwa szerokość. Z tych powodów minimalne zamówienie to 18 rolek.

W związku z powyższym proszę o modyfikację zapytania bądź wskazanie producenta i nr kat. produktu referencyjnego który spełnia Państwa wymagania.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dokona zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w Części C – Materiały eksploatacyjne, poz. 7 tabeli.





**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I ŚRODOWISKA

Pytanie nr 2

Dotyczy Część B

Punkt 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszadła z cyfrowym ustawieniem prędkości obrotowej (wyświetlacz LED) umożliwiającym dokładne ustawienie prędkości obrotowe w zamian obsługi pokrętkiem?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza cyfrowe ustawienie prędkości obrotowej (wyświetlacz LED) oraz w dowolny inny sposób.

Dziekan
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05
Fax: +48 58 347 20 44
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl
www.wilis.pg.gda.pl