

Gdańsk, dnia 28.10.2019

Dotyczy:

Zamówienia ZZ/601/004/D/2019

Ogłoszenia o Zamówieniu z dnia 25.10.2019 na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp na **dostawę przetworników ciśnienia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej**, z podziałem na 2 części

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy stal 316L jako materiał membrany będzie odpowiedni dla mierzonych mediów?
2. Co oznacza zapis „Mikroprocesor pozwalający na dodatkową komunikację cyfrową”? Jaki rodzaj komunikacji jest wymagany?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Ad.1
Tak.
2. Ad.2
Tak jak w opisie, możliwa komunikacja cyfrowa, na przykład poprzez protokół HART lub RS 485 (MODBUS). W opisie nie narzucono konkretnego protokołu komunikacji cyfrowej.

Z poważaniem

Dziekan Wydziału Mechanicznego