

Gdańsk, dnia 04.11.2019

Dotyczy:

Zamówienia ZZ/601/004/D/2019

Ogłoszenia o Zamówieniu z dnia 25.10.2019 na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp na **dostawę przetworników ciśnienia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej**, z podziałem na 2 części

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Czy dla części B gdzie temperatura medium wynosi od 20 °C do 50 °C również wymagacie dołączenia do dostawy rurek syfonowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przetworniki muszą spełniać określone parametry pracy dla podanych parametrów płynu. Dostawca musi zapewnić działanie przetworników w tych parametrach. Jeśli zaproponowane przetworniki wymagają zastosowania urządzenia zmniejszającego temperaturę musi ono zostać przedstawione w ofercie wraz z przetwornikiem. Nie narzucamy konkretnego typu urządzenia.

Odpowiedź dotyczy części A oraz części B.

Z poważaniem

Dziekan Wydziału Mechanicznego