

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZZ/1236/009/2019 wpłynęły w dniu 23.11.19 r. zapytania:

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo perforowane półki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 ?

Odpowiedź 1:

TAK. Dopuszczamy takie półki.

Pytanie 2:


Czy dopuszczają Państwo wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x głęb.) 380 x 420 x 380 mm przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź 2:

TAK. Dopuszczamy takie wymiary wewnętrzne komory.

Udzielone odpowiedzi są wiążące. Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

Dziekan



prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek