



Nr postępowania ZZ/699/004/D/2019

Gdańsk, dnia 29.11.2019 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

I. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia na dostawę wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

### **Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytania:**

1. W związku z toczącym się postępowaniem na dostawę wirówki (nr postępowania ZZ/699/004/D/2019) zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany w załączniku nr 1 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" i dopuści wirówkę laboratoryjną, której wirnik kątowy na próbówki o pojemności 1,5 - 2 ml osiąga maksymalną prędkość obrotową 16 000 obr/min.

Oferowana wirówka posiada płynną regulację prędkości obrotowej ze skokiem co 10 obr/min. w pełnym zakresie obrotów 300 - 16 000.

### **Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

Ad.1) Wirówka mająca obroty na poziomie 16000 spełnia nasze oczekiwania bo podany w opisie przedmiotu zamówienia zakres mieści się w propozycji producenta".  
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu.

II. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

Punkt 5.2 ogłoszenia o zamówieniu przyjmuje brzmienie:

### **5.2 Kryterium „Intensywność wirowania”:**

Kryterium „Intensywność wirowania” będzie rozpatrywana na podstawie wartości intensywności wirowania, podanej przez wykonawcę na Formularzu „Oferta”.

#### **1) Dla pierwszego wirnika o mniejszej pojemności:**

Minimalna wartość wynosi 10 000 rpm

Oferty z zakresem wirowania od 10 000 do 11 000 - otrzymają 0 pkt.

Oferty z zakresem wirowania powyżej 11 000 do 12 000 - otrzymają 5 pkt.

Oferty z zakresem wirowania powyżej 12 000 do 13 000 - otrzymają 10 pkt.

Oferty z zakresem wirowania powyżej 13 000 do 14 000 - otrzymają 15 pkt.

**Oferty z zakresem wirowania powyżej 14 000 - otrzymają 20 pkt.**

Oferta wykonawcy, który zaoferuje wartości poniżej podanego zakresu – 10 000 rpm zostanie odrzucona

\*Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnej wartości, Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt.

Punkt 6 ogłoszenia przyjmuje brzmienie:

Oferty należy złożyć (na załączonym druku) w terminie do **dnia 04.12.2019 r. do godz. 09:00** w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału Mechanicznego, pokój Nr 310 (Biuro Wydziału), z dopiskiem: „**na dostawę wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej**” lub na adres e-mail: [annszers@pg.edu.pl](mailto:annszers@pg.edu.pl). Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.

**Pozostałe zapisy ogłoszenia oraz poprzednie wyjaśnienia wraz modyfikacją z dnia 26.11.2019 r. pozostają w mocy.**

**Dziekan  
prof. dr hab. inż. Adam Barylski  
z up. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński  
WYDZIAŁ MECHANICZNY**