



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

ZZ/14/019/D/20

Gdańsk, dnia, 29.01.2020 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 14.01.2020 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza multimetr cyfrowy obsługujący maksymalnie 2 karty multipleksera? Każda z tych kart posiada 40 kanałów pomiarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza multimetr cyfrowy obsługujący 2 karty multipleksera, z których każda posiada 40 kanałów pomiarowych pod warunkiem, że pozostałe pozycje specyfikacji technicznej są spełnione.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Marek Żabczyński
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

[4]

(podpis osoby upoważnionej)