

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny

Gdańsk, dnia 28.02.2020r.

ZP/48/008/D/20 Część 2

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

**DOT. : POSTĘPOWANIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY**

W dniu 27.02.2020r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie zapisów siwz o następującej treści:

Dotyczy Części 2:

Podpunkt 1

1.Czy zamawiający zaakceptuje zestaw w którym rekombinacja odbywa się w komórkach i one zawierają aktywny enzym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający zaakceptuje.

Podpunkt 2

2.Czy zamawiający zaakceptuje zestaw w którym oligo dT oraz heksamery znajdują się w osobnych fiolkach?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający zaakceptuje.

3. Czy zamawiający zaakceptuje zestaw konfekcjonowany po 50 reakcji (dwa takie zestawy umożliwią przeprowadzenie 100 reakcji o objętości 20 μ l)

Odpowiedź:

Tak, zamawiający zaakceptuje.

Zgodnie z § 3 ust.12 umowy Zamawiający wskazał, że:

„W razie stwierdzenia w dostarczonym przedmiocie umowy wad lub braków, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany wadliwego towaru lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie”.

Wykonawca zwraca się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę § 3 ust.12 Umowy i zastąpienia go procedurą rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z którą Wykonawca będzie zobligowany do:

- a) przyjęcia zgłoszenia reklamacji
- b) potwierdzenia otrzymania zgłoszenia reklamacji
- c) zbadania i rozpatrzenia reklamacji

d) podjęcia działań będących wynikiem tego rozpatrzenia,

bez narzucania Wykonawcy, że w każdym wypadku musi dojść do wymiany towaru.

Wykonawca zwraca uwagę, że niezgodności jakościowe mogą być wynikiem nieprawidłowego działania lub zaniechania po stronie Zamawiającego (np. niewłaściwego przechowywania, nieprawidłowej procedury, działania niezgodnego z zaleceniami producenta itp.)- takie sytuacje nie powinny obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.