



Gdańsk, dnia 22.04.2020

ZZ/16/055/D/20

Dotyczy: dostawy materiałów szlifiersko- polerskich w ramach realizacji projektu „Politechnika Wielu Pokoleń”

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Zamawiający, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk, prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr. 1:

Dotyczące pozycji 1,2,3,5. Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na tarcze o średnicy 254 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na tarcze o średnicy 254 mm.

Pytanie nr 2:

Dotyczące pozycji 2. Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na tarczę odpowiadającej ziarnistości 2500?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na tarcze odpowiadającej ziarnistości 2500.

Pytanie nr 3:

Dotyczące pozycji 4. Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na zawieszona krzemionki w pięciu opakowaniach o objętości 0,18 l każdy lub jednym opakowaniu 1,9 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zawieszinę krzemionki w jednym większym lub pięciu mniejszych opakowaniach.

W związku z trwającą procedurą udzielania odpowiedzi na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia **27.04.2020 r.**

Wobec powyższego zmianie ulegają terminy wskazane w pkt. V, z dnia **23.04.2020 r.** na **27.04.2020 r.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego podlegać będą nowemu terminowi.

Kanclerz
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Mariusz Miler



(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)