



Dziekan

Nr zamówienia ZZ/391/009/D/2020

Gdańsk, dnia 29.04.2020 r.

## Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, informuje, że w dniu 29.04.2020 r. wpłynęły pytania Wykonawcy do postępowania na dostawę naczynia (dewara) do przechowywania ciekłego azotu dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści naczynie Dewara o masie pustego naczynia wynoszącej 9 kg, spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści naczynie o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści naczynie Dewara posiadające możliwość utrzymania ciekłego azotu przez 67 dni, spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuści takiego naczynia, gdyż czas utrzymania ciekłego azotu jest zbyt krótki dla planowanych eksperymentów.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści naczynie Dewara o pojemności 9,51 litrów, masie pustego naczynia 8,2 kg oraz możliwości utrzymania ciekłego azotu przez 73 dni? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuści naczynie o zaproponowanych parametrach.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZZ/391/009/D/2020 z dn. 23.04.2020 r. i są wiążące dla wszystkich wykonawców.

DZIEKAN  
  
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek