

Nr postępowania: ZP/154/008/D/20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cel zamówienia

Dostawa dwóch zasilaczy laboratoryjnych.

dwukanałowych, charakteryzujących się niskim tętnieniem i szumami i możliwością programowania

- dwa niezależne kanały,
- wyświetlacz LED, minimum 4 cyfry,
- napięcie wyjściowe 0-60 V (na obu kanałach),
- prąd wyjściowy 0-20 A (na obu kanałach),
- możliwość jednoczesnego odczytu natężenia i napięcia,
- płynna, dwustopniowa (zgrubna i precyzyjna) regulacja napięcia,
- funkcja blokady nastaw,
- interfejs – USB i inne (możliwość programowania i rejestrowania pomiarów w czasie),
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.