

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**MODYFIKACJA z dnia 19.02.2021r.**

### **AUTOKLAW (sterylizator parowy):**

- całkowita automatyzacja procesu sterylizacji,
- uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie,
- wyposażony w minimum dwie uszczelki pokrywy,
- wyposażony w kosz na instrumenty, podpórkę kosza oraz chwytak,
- wymagana krótka przerwa między cyklami (nie więcej niż 5 min),
- elektroniczny detektor wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody,
- minimum podwójne zabezpieczenie termiczne przed niekontrolowanym wzrostem temperatury w kotle,
- zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w czasie trwania cyklu,
- bezpiecznik zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu,
- waga nie większa niż 6 kg,
- pojemność komory nie mniejsza niż 12 l,
- wysokość zewnętrzna nie większa niż 42 cm,
- szerokość zewnętrzna nie większa niż 35 cm,
- wysokość komory nie mniejsza niż 32,5 cm,
- średnica komory nie mniejsza niż 21 cm,
- maksymalna ładowność nie mniejsza niż 4 kg,
- temperatura sterylizacji nie mniejsza niż 121°C,
- napięcie zasilania nie mniejsze niż 230 V,
- napięcie zasilania nie większe niż 230 V,
- moc nie większa niż 1500 W,
- ciśnienie pracy nie większe niż 1,4 bar,
- ciśnienie pracy nie mniejsze niż 1,4 bar,
- całkowity czas procesu nie większy niż 22 min,
- całkowity czas procesu nie mniejszy niż 22 min,
- czas cyklu sterylizacji nie większy niż 11 min,
- czas cyklu sterylizacji nie mniejszy niż 11 min,
- pokrywa z manometrem oraz termometrem,

- instrukcja w języku polskim w formie elektronicznej lub papierowej,
- gwarancja:
  - autoklaw: min. 24 miesiące,
  - kocioł: min. ~~10 lat~~ 24 miesiące.