

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiotem zamówienia są kable do podłączenia elektrod do nagrań elektrofizjologicznych z mózgu ludzkiego**

Opis: Zestaw przewodów i bloków podłączeń do odpowiednich elektrod o danej ilości kontaktów.

Przewody i bloki podłączeń do kontaktów typu makro kompatybilne z elektrodami wykorzystywanymi w projekcie produkcji firmy Adtech Inc. (Racine WI, USA) o numerach modelowych:

MM16A-SP05X-000 (3 sztuki, 1 blok)

BF08R-SP05X-000 (5 sztuk, 1 blok)

Wyjścia przewodów kompatybilne z systemem Atlas nabytym w projekcie produkcji firmy Neuralynx Inc. (Bozeman MT, USA).

Inne wymagania:

Certyfikat CE do użytku klinicznego z pacjentami.