



Dziekan

Nr zamówienia **ZZI/255/009/D/2021**

Gdańsk, dnia 25.03.2021r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 25.03.2021r. wpłynęły pytania do postępowania na dostawę fotela z elektryczną regulacją oparcia i podnóżka oraz wózka na sprzęt pomiarowy na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o regulowanej wysokości fotela gdzie wysokość fotela (z podglówkiem) w najniższym punkcie wynosi 136 cm, natomiast wysokość fotela w najwyższym punkcie wynosi 156cm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o regulowanej wysokości fotela gdzie wysokość fotela (z podglówkiem) w najniższym punkcie wynosi 136 cm, natomiast wysokość fotela w najwyższym punkcie wynosi 156cm.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o głębokości siedziska 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o głębokości siedziska 50cm.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o długości całkowitej po rozłożeniu 207 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o długości całkowitej po rozłożeniu 207 cm.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o szerokości podłokietnika 20cm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o szerokości podłokietnika 20cm.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 60-80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 60-80cm.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o regulacji podnóżka w zakresie 35°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o regulacji podnóżka w zakresie 35°.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel elektryczny z tapicerką koloru zielonego medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel elektryczny z tapicerką koloru zielonego medycznego.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel elektryczny bez widocznych elementów konstrukcyjnych metalowych – konstrukcja zasłonięta estetycznym tworzywem ABS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel elektryczny bez widocznych elementów konstrukcyjnych metalowych – konstrukcja zasłonięta estetycznym tworzywem ABS.

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o głębokości siedziska 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o głębokości siedziska 50cm.

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o szerokości siedziska całkowitej 55,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o szerokości siedziska całkowitej 55,5cm.

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o szerokości podłokietnika 20cm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o szerokości podłokietnika 20cm.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 60-80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 60-80cm.

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o regulacji podnóżka w zakresie 40°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel medyczny o regulacji podnóżka w zakresie 40°.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dn. 22.03.2021 r. oraz mają moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański