



Nr zamówienia ZZ/355/009/2022

Gdańsk, dnia 12.04.2022r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 12.04.2022r. wpłynęło pytanie do postępowania na dostawę wektorowego analizatora sieci na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nr ZZ/355/009/2022, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające zakres mocy wyjściowej: -25 dBm do +3 dBm?
Ewentualnie czy dopuszcza się zastosowanie tłumika 15db w celu uzyskania zakresu mocy wyjściowej od -40 dBm do 0 dBm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania posiadającego zakres mocy wyjściowej: -25 dBm do +3 dBm oraz nie dopuszcza zastosowania tłumika 15db w celu uzyskania zakresu mocy wyjściowej od -40 dBm do 0 dBm.

Pytanie nr 2:

Czy zakres częstotliwości pracy: minimum 100 kHz – 6 GHz dotyczy całego urządzenia, czy jedynie analizatora widma lub wektorowego analizatora sieci?

Odpowiedź:

Zakres częstotliwości pracy: minimum 100 kHz – 6 GHz dotyczy całego widma.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wektorowy analizator sieci pracował w zakresie 500kHz-6GHz, a analizator widma od 9kHz-6GHz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, aby wektorowy analizator sieci pracował w zakresie 500kHz-6GHz, a analizator widma od 9kHz-6GHz.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dn. 08.04.2022 r. oraz mają moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański