



ZZ/183/019/D/22

Gdańsk, dnia, 15.04.2022 r.

### ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 14.04.2022 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### Pytanie 1:

Nie znajduję wystarczających danych do identyfikacji tych filtrów. Aby sprawdzić nasze możliwości produkcyjne i ewentualnie przedstawić ofertę, potrzebuję (do wyboru):

- symbol innego zamiennika tego filtra
- zdjęcia obu stron filtra (górze i dół) + wymiary (preferowana opcja)
- szkic lub rysunek techniczny filtra
- wzór filtra do wglądu (może być zużyty)

#### Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dostarczenia filtra Value P4 (na zdjęciu). Zamawiający dopuszcza też dostarczenie innego filtra ograniczającego mgłę olejową na wylocie pompy, który spełnia podane wymagania.

- Montaż do pompy gwintem zewnętrznym M24.
- Wymiary poziome mieszczące się w kole o średnicy 80 mm.



mgr inż. Marek Żabczyński  
Dyrektor Administracyjny  
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)