

Gdańsk, dnia 30.06.2022 r.

ZZ/365/005/D/2022

Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE II

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę łańcucha pomiarowego sił skrawania dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa**

Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytanie:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie dynamometru piezoelektrycznego 3 składowego F_x , F_y , F_z z zakresem pomiarowym dla kierunków F_x , F_y , F_z minimum 4450 N?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie dynamometru piezoelektrycznego 3 składowego F_x , F_y , F_z z zakresem pomiarowym dla kierunków F_x , F_y , F_z minimum 4450 N.

Zgodnie z modyfikacją z dnia 30.06.2022

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Dziekan
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA

Otrzymują:

1. strona internetowa;
2. a/a