



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



ZZI/784/019/D/22

Gdańsk, dnia, 18.11.2022 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 17.11.2022 r. wpłynęło zapytanie do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie czy elektroda odniesienia R-10 będzie dla Państwa odpowiednia?

Odpowiedź:

Nie będzie odpowiednia,
Elektroda musi mieć kształt przystosowany do pracy z celą elektrochemiczną mikroskopu SECM firmy Sensolytics oraz wypełnienie żelowe. Elektroda R-10 nie spełnia tego warunku.

prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
Dziekan
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)