



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ  
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



Gdańsk, dnia, 15.03.2023 r.

ZZ/152/019/D/23

### ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 15.03.2023 r. wpłynęły zapytania do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Czy oświetlacz może oświetlać powierzchnie o średnicy 10 cm z gęstością mocy wymaganą w zapytaniu tj. 100 mW/cm<sup>2</sup> ?

#### **Odpowiedź:**

Tak, średnica 10 cm jest akceptowalna.

mgr inż. Marek Żabczyński  
Dyrektor Administracyjny  
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)