

Dziekan

Nr zamówienia ZZ/109/009/D/2023

Gdańsk, dnia 23.03.2023r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 23.03.2023 r. wpłynęło zapytanie do postępowania na dostawę pieców laboratoryjnych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr ZZ/109/009/D/2023, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający dopuści rozmiar komory wewnętrznej (szerokość x głębokość x wysokość w mm): 150 x 150 x 225 (mm) ?
2. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne urządzenia: (szer x wys x głęb) (mm): 446x618x620 ?
3. Czy Zamawiający dopuści wagę pieca wynoszącą 49 kg netto ?
4. Czy Zamawiający dopuści element grzewczy z Fe-Cr-Al ?
5. Czy Zamawiający dopuści drzwi otwierane do góry w sposób polegający na wysunięciu ich do góry w pionie, bez otwierania pod kątem 90 st ?
6. Czy Zamawiający dopuści piec bez wyposażenia w postaci półek ceramicznych z podporami ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dn. 20.03.2023 r. oraz ma moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański