

Dziekan

Nr zamówienia ZZ/125/009/D/2023

Gdańsk, dnia 03.04.2023r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 31.03.2023 r. wpłynęło zapytanie do postępowania na dostawę pieców laboratoryjnych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr ZZ/125/009/D/2023, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieca z poniższymi odstępstwami od wymaganego opisu przedmiotu zamówienia:

- rozmiary komory wewnętrznej (szerokość x głębokość x wysokość) **190 x 335 x 170** mm,
- wymiary zewnętrzne pieca (szerokość x głębokość x wysokość) 500 x **710** x 560 mm,
- drzwiczki – otwierane **na bok**,
- waga **38 kg**.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów i wagi urządzenia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga wielostopniowego (więcej niż 3 kroki – rozgrzewanie / utrzymanie / schładzanie) programowania temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wielostopniowego programowania temperatury.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dn. 30.03.2023 r. oraz ma moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański