

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy zakupu dwóch złącz obrotowych SMA na potrzeby realizacji pomiarów mikrofalowych.

Specyfikacja sprzętowa:

Złącze obrotowe:

- Impedancja: 50 Ohm;
- Zakres częstotliwości pracy: minimum DC-18 GHz;
- VSWR: nie większy niż 1.25 dla 18 GHz;
- Złącza: SMA żeńskie/żeńskie;
- Liczba cykli (podłączanie rozłączenie przewodu RF): nie mniej niż 500;

Maksymalny budżet na sfinansowanie zakupu wynosi 2500,00 PLN brutto.